



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)



П Р И К А З

18 февраля 2021 г.

№ 110н

Москва

**О внесении изменений
в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 560н
«Об утверждении Правил проведения
рентгенологических исследований»**

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, № 52, ст. 7770) и подпунктом 5.2.48¹ Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2014, № 37, ст. 4969), п р и к а з ы в а ю:

1. Пункт 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59811) изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.».

2. Внести изменения в Правила проведения рентгенологических исследований, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 560н, согласно приложению.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «18» *августа* 2021 г. № *1104*

**Изменения,
которые вносятся в Правила проведения
рентгенологических исследований, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 9 июня 2020 г. № 560н**

1. Дополнить Правила проведения рентгенологических исследований, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 560н (далее – Правила), пунктом 26 следующего содержания:

«26. Направление и Протокол не оформляются при проведении рентгенологических исследований, осуществляемых в рамках выполнения медицинских вмешательств, направленных на лечение стоматологических заболеваний, в целях контроля за ходом и результатом медицинского вмешательства. Сведения о таких рентгенологических исследованиях вносятся в медицинскую документацию пациента.».

2. В стандарте оснащения кабинета рентгеновского стоматологического, предусмотренном приложением № 12 к Правилам:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. ²	209320	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, аналоговая	Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков аналоговый или цифровой (радиовизиограф) или Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы – ортопантомограф или Компьютерный томограф конусно-лучевой для исследования зубочелюстной системы	1
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая		
	191070	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, аналоговая		
	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая		
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая		
	173160	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, аналоговая		
	191240	Система рентгеновской томографии стационарная для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая		
	209490	Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, аналоговая		
	324130	Система конусно-лучевой компьютерной томографии, для головы/шеи		
	* 209510	Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая		

2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

3) дополнить сноской <²> следующего содержания:

«<²> Необходимо наличие одной из указанных позиций.»

3. В стандарте оснащения кабинета рентгеновской компьютерной томографии, предусмотренном приложением № 15 к Правилам:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«	2.2	245000	Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, стационарная	Автоматический шприц-инжектор	1 на аппарат при проведении рентгеновских компьютерно-томографических исследований с использованием контрастных лекарственных препаратов
		245020	Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная		

»;

2) дополнить сноской <²> следующего содержания:

«<²> Необходимо наличие одной из указанных позиций.»

4. В стандарте оснащения кабинета магнитно-резонансной томографии, предусмотренном приложением № 18 к Правилам:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«	1.2	135130	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с постоянным магнитом	Магнитно-резонансный томограф	1
		135140	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с резистивным магнитом		
		135160	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом		
		155920	Система магнитно-резонансной томографии конечностей, со сверхпроводящим магнитом		

»;

2) дополнить сноской <²> следующего содержания:

«<²> Необходимо наличие одной из указанных позиций.»