



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


(Минздрав России)

П Р И К А З

17 января 2014г.

№

254



Москва

**О внесении изменений в приложения № 3, 5, 8, 11, 19, 24, 27 и 33
к Порядку оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. № 572н**

П р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения № 3, 5, 8, 11, 19, 24, 27 и 33 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27960), согласно приложению.

Министр

В.И. Скворцова

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник общего отдела

И.И. Шевцов 20 14

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 17 » *сентября 2014 г.* № *254*

**Изменения,
которые вносятся в приложения № 3, 5, 8, 11, 19, 24, 27 и 33
к Порядку оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. № 572н**

1. В приложении № 3 к Порядку:
 - 1.1. Пункт 20 раздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога. Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)» исключить;
 - 1.2. Пункты 13 и 20 раздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» исключить;
 - 1.3. В разделе «Кабинет функциональной диагностики»:
 - 1.3.1. Пункт 2 исключить;
 - 1.3.2. В пункте 3 слова «с синдромальным заключением» исключить;
 - 1.3.3. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Аппарат для суточного мониторинга артериального давления»;
 - 1.4. Пункты 5–7 раздела «Кабинет врача-терапевта» исключить;
 - 1.5. В разделе «Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)»:
 - 1.5.1. Пункт 13 исключить;
 - 1.5.2. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности»;
 - 1.6. В разделе «Малая операционная»:
 - 1.6.1. Пункты 6 и 7 исключить;
 - 1.6.2. В пункте 10 слова «Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический» заменить словами «Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический и/или аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический»;
 - 1.6.3. Пункты 11 и 12 исключить;
 - 1.6.4. В пункте 17 слова «Аппарат для ингаляционного наркоза переносной» заменить словами «Аппарат наркозно-дыхательный»;

1.6.5. Пункты 18, 19 и 21 исключить;

1.7. Пункт 16 раздела «Процедурный кабинет» исключить;

1.8. Пункт 8 раздела «Физиотерапевтический кабинет» исключить.

2. В разделе «Базовый спектр обследования беременных женщин» приложения № 5 к Порядку:

2.1. Абзац второй рубрики А1 графы «Диагностические мероприятия в амбулаторных условиях» дополнить фразой следующего содержания:

«Определение глюкозы венозной плазмы натощак.»;

2.2. Абзац второй рубрики А1 графы «Диагностические мероприятия в стационарных условиях (в отделении патологии беременности)» дополнить предложением следующего содержания:

«Определение глюкозы венозной плазмы натощак.»;

2.3. Абзац шестой рубрики А2 графы «Диагностические мероприятия в амбулаторных условиях» дополнить предложением следующего содержания:

«Определение глюкозы венозной плазмы натощак; проведение ОГТП с 75 г глюкозы в 24–28 недель (за исключением беременных с существующим сахарным диабетом).»;

2.4. Абзац второй рубрики А2 графы «Диагностические мероприятия в стационарных условиях (в отделении патологии беременности)» дополнить предложением следующего содержания:

«Определение глюкозы венозной плазмы натощак; проведение ОГТП с 75 г глюкозы в 24–28 недель (за исключением беременных с существующим сахарным диабетом).»;

2.5. Абзац третий рубрики А3 графы «Диагностические мероприятия в амбулаторных условиях» дополнить предложением следующего содержания:

«Проведение ОГТП с 75 г глюкозы в 24–28 недель (за исключением беременных с существующим сахарным диабетом).»;

2.6. Абзац четвертый рубрики А3 графы «Диагностические мероприятия в стационарных условиях (в отделении патологии беременности)» дополнить предложением следующего содержания:

«Проведение ОГТП с 75 г глюкозы в 24–28 недель (за исключением беременных с существующим сахарным диабетом).»;

2.7. В подразделе «II. Беременность патологическая (акушерская патология)»:

2.7.1. В пунктах 4 и 6 столбца «Показания для госпитализации (код по МКБ-Х)» нозологической формы «Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности и в послеродовом периоде» слово «нефропатия» исключить;

2.7.2. Пункт 2 столбца «диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов» графы «Объем обследования и лечения на стационарном этапе» нозологической формы «Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности и в послеродовом периоде» дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12. Суточное мониторирование АД.»;

2.7.3. В столбце «Лечебные мероприятия до родов» графы «Объем обследования и лечения на стационарном этапе» нозологической формы «Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности и в послеродовом периоде» слова «Легкая и среднетяжелая преэклампсия» заменить словами «Преэклампсия средней степени тяжести»;

2.7.4. Пункт 6 столбца «Лечебные мероприятия при родоразрешении и в послеродовой период» графы «Объем обследования на стационарном этапе» нозологической формы «Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности и в послеродовом периоде» изложить в следующей редакции:

«6. Преэклампсия средней степени тяжести: плановое родоразрешение на фоне стабилизации состояния магнезиальной и гипотензивной терапией.»;

2.8. В подразделе «III. Беременность и экстрагенитальные заболевания»:

2.8.1. Пункт 1 столбца «Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов» графы «Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе» нозологической формы «Сахарный диабет при беременности» изложить в следующей редакции:

«1. УЗИ-контроль за признаками присоединения и нарастания диабетической фетопатии, динамикой роста плода и его жизнеспособностью.»;

2.8.2. Подпункт 3 пункта 2 столбца «Лечебные мероприятия до родов» графы «Объем обследования и лечения на стационарном этапе» нозологической формы «Сахарный диабет при беременности» изложить в следующей редакции:

«3) при гестационном сахарном диабете при неэффективности диетотерапии, проводимой в течение 2 недель (глюкоза плазмы капиллярной крови по дневнику самоконтроля: натощак и перед основными приемами пищи более или равной 5,1 ммоль/л и (или) через 1 час после основных приемов пищи более или равной 7,0 ммоль/л), показана инсулинотерапия. Режим инсулинотерапии в зависимости от показателей гликемии (используются человеческие генно-инженерные инсулины короткой и средней продолжительности действия, а также биоподобные аналоги инсулина, разрешенные при беременности).»;

2.8.3. Подпункт 4 пункта 2 столбца «Лечебные мероприятия до родов» графы «Объем обследования и лечения на стационарном этапе» нозологической формы «Сахарный диабет при беременности» изложить в следующей редакции:

«4) инсулинотерапия также показана при наличии диабетической фетопатии и/или макросомии плода, а также нарастающем многоводии, по данным УЗИ.»;

2.8.4. В столбце «Лечебные мероприятия до родов» графы «Объем обследования и лечения на стационарном этапе» нозологической формы «Сахарный диабет при беременности» слова «Пероральные

противодиабетические препараты при беременности не показаны» заменить словами «Пероральные противодиабетические препараты при беременности противопоказаны.»;

2.8.5. Столбец «Лечебные мероприятия при родоразрешении и в послеродовой период» графы «Объем обследования и лечения на стационарном этапе» нозологической формы «Сахарный диабет при беременности» изложить в следующей редакции:

«Досрочное родоразрешение при декомпенсации сахарного диабета независимо от срока беременности и неэффективности медикаментозного лечения, присоединении тяжелой преэклампсии и других осложнений течения беременности, ухудшении состояния плода и новорожденного, обусловленного другими состояниями матери.».

3. В приложении № 8 к Порядку:

3.1. В главе 1 «Акушерский стационар»:

3.1.1. Пункты 15, 17–20 и 32 подраздела 1.1.2 «Смотровая» раздела 1.1 «Приемное отделение» исключить;

3.1.2. Пункты 11, 19, 27 и 28 раздела 1.2 «Отделение патологии беременности» исключить;

3.1.3. Пункты 9, 12, 14 и 16 подраздела 1.3.1 «Предродовая палата» раздела 1.3 «Физиологическое родовое отделение и наблюдательное родовое отделение» исключить;

3.1.4. В подразделе 1.3.2 «Родовой зал (индивидуальный родовой зал)» раздела 1.3 «Физиологическое родовое отделение и наблюдательное родовое отделение»:

3.1.4.1. Пункты 7 и 17 исключить;

3.1.4.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч»;

3.1.4.3. Пункты 36 и 42 исключить;

3.1.4.4. Пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах»;

3.1.4.5. Пункт 45 исключить;

3.1.5. В разделе 1.3.3. «Операционный блок» раздела 1.3 «Физиологическое родовое отделение и наблюдательное родовое отделение»:

3.1.5.1. Подпункты 3 и 6 позиции «Предоперационная» исключить;

3.1.5.2. В позиции «Операционная»:

а) подпункт 8 исключить;

б) подпункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч»;

в) подпункт 44 исключить;

3.1.6. Пункты 8 и 12 подраздела 1.3.4 «Послеродовое палатное отделение» раздела 1.3 «Физиологическое родовое отделение и наблюдательное родовое отделение» исключить;

3.1.7. Пункты 8, 16, и 22–24 раздела 1.4 «Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин» исключить;

3.2. В главе 2 «Отделения неонатологического профиля»:

3.2.1. В разделе 2.1 «Отделение новорожденных физиологическое и отделение новорожденных при наблюдательном отделении»:

3.2.1.1. В заголовке слово «и» заменить словами «и/или»;

3.2.1.2. Пункты 1, 3, 5, 6 и 26 исключить;

3.2.1.3. Дополнить пунктами 32–40 следующего содержания:

«32. Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях^{I, II};

33. Дефибрилятор бифазный^{I, II};

34. Тележка медицинская для инструментов^{I, II};

35. Процедурный столик^{I, II};

36. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов^{I, II};

37. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов^{I, II};

38. Одноразовый мочеприемник;

39. Медицинская мебель для палат новорожденных;

40. Холодильники для хранения препаратов и растворов.»;

3.2.2. В разделе 2.2 «Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных»:

3.2.2.1. Пункт 14 исключить;

3.2.2.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины»;

3.2.2.3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких^{II}»;

3.2.2.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) (из них не менее трети – с переменным потоком)^{II}»;

3.2.2.5. Пункт 28 исключить;

3.2.2.6. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных^{II}»;

3.2.2.7. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

- «34. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат»;
- 3.2.2.8. Пункт 40 исключить;
- 3.2.2.9. Дополнить пунктами 55–71 следующего содержания:
- «55. Шприцевой инфузионный насос^{II};
56. Волнометрический инфузионный насос^{II};
57. Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллоном со смесью газов NO и NO₂, низкочастотным редуктором и мониторингом NO/NO₂;
58. Аппарат для быстрого размораживания плазмы^{II};
59. Аппарат для подогрева инфузионных растворов^{II};
60. Капнограф;
61. Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры;
62. Медицинская мебель для палат с источником бесперебойного питания;
63. Тележка для анестезиолога;
64. Тележка медицинская для инструментов;
65. Процедурный столик^{I, II};
66. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов^{I, II};
67. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов^{I, II};
68. Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами;
69. Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания;
71. Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах;
72. Холодильник для хранения препаратов и растворов.»;
- 3.3. Пункты 11, 16 и 24 главы 3 «Гинекологическое отделение» исключить;
- 3.4. Пункт 20 главы 4 «Клинико-диагностическая лаборатория» исключить;
- 3.5. В главе 5 «Кабинет функциональной диагностики»:
- 3.5.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
- «7. Аппарат для суточного мониторинга артериального давления^{II}»;
- 3.5.2. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
- «14. Аппарат для холтеровского мониторинга сердечной деятельности^{II}».
4. В приложении № 11 к Порядку:
- 4.1. В главе 1 «Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)»:
- 4.1.1. В разделе 1.1 «Женская консультация»:

4.1.1.1. Пункты 13 и 20 подраздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» исключить;

4.1.1.2. Пункт 15 подраздела «Процедурный кабинет» исключить;

4.1.1.3. В подразделе «Малая операционная»:

а) пункты 6 и 7 исключить;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический и/или аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический»;

в) пункты 10 и 11 исключить;

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Аппарат наркозно-дыхательный»;

д) пункты 17, 18 и 20 исключить;

4.1.2. В разделе 1.2 «Отделение функциональной диагностики»:

4.1.2.1. Пункты 10 и 11 подраздела «Кабинет функциональной диагностики» исключить;

4.1.2.2. Пункты 5 и 6 подраздела «Кабинет электрокардиографических исследований» исключить;

4.1.2.3. Подраздел «Кабинет исследования функций внешнего дыхания и центральной нервной системы» исключить;

4.1.3. Раздел 1.5 «Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Персональный компьютер с принтером»;

4.1.4. Раздел 1.7 «Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности»;

4.2. В главе 2 «Приемное отделение»:

4.2.1. Пункты 15, 19, 20 и 32 раздела «Помещения приема в родовое отделение» исключить;

4.2.2. Пункты 11 и 24 раздела «Родовые боксы» исключить;

4.2.3. Пункты 9 и 17 раздела «Помещения приема в гинекологическое отделение» исключить;

4.3. В главе 3 «Акушерский стационар»:

4.3.1. Пункты 11, 20, 28 и 29 раздела 3.1 «Отделение патологии беременности» исключить;

4.3.2. Пункты 7 и 21 раздела 3.2 «Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными» исключить;

4.3.3. В разделе «Операционные родового отделения»:

4.3.3.1. Пункт 3 рубрики «А. Предоперационная» исключить;

4.3.3.2. Пункты 9 и 29 рубрики «Б. Операционная» исключить;

4.3.4. Пункт 28 раздела 3.3 «Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения» исключить;

4.3.5. Пункты 8, 12 и 38 раздела 3.4 «Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка» исключить;

4.4. В главе 4 «Неонатологический стационар»:

4.4.1. В разделе 4.1 «Отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений»:

а) в заголовке раздела слово «и» заменить словами «и/или»;

б) пункты 3, 5 и 6 исключить;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах»;

г) дополнить пунктами 31–43 следующего содержания:

«31. Фонендоскоп для новорожденных;

32. Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных;

33. Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях;

34. Дефибрилятор бифазный;

35. Тележка медицинская для инструментов;

36. Процедурный столик;

37. Аппарат для быстрого размораживания плазмы;

38. Аппарат для подогрева инфузионных растворов;

39. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов;

40. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов;

41. Установка интенсивной фототерапии;

42. Медицинская мебель для палат новорожденных;

43. Холодильники для хранения препаратов и растворов.»;

4.4.2. В разделе 4.2 «Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией»:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный со встроенным блоком реанимации)»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный с встроенным источником бесперебойного питания»;

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах»;

г) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких»;

д) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) (из них не менее трети – с переменным потоком)»;

е) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных»;

ж) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат»;

з) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Набор для офтальмологического исследования новорожденных»;

и) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Аппарат для быстрого размораживания плазмы»;

к) дополнить пунктами 58–68 следующего содержания:

«58. Волномотивный инфузионный насос;

59. Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллоном с смесью газов NO и NO₂, низкочастотным редуктором и мониторингом NO/NO₂;

60. Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях;

61. Аппарат для подогрева инфузионных растворов;

62. Тележка для анестезиолога;

63. Тележка медицинская для инструментов;

64. Холодильник для хранения препаратов и растворов;

65. Морозильная камера;

66. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов;

67. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов;

68. Медицинская мебель для палат новорожденных.»;

4.4.3. В разделе 4.3 «Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)»:

а) пункт 5 исключить;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Шприцевой инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах»;

в) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Система чрезкожного мониторинга газового состава крови»;

г) дополнить пунктами 39-53 следующего содержания:

«39. Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный);

40. Холодильник для хранения препаратов и растворов;

41. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов;

42. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов;

43. Медицинская мебель для палат новорожденных;

44. Смесители и увлажнители для кислородной смеси;

45. Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклический по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции);

46. Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров;

47. Волномический инфузионный насос;

48. Оборудование для аудиологического скрининга;

49. Дефибрилятор бифазный;

50. Тележка медицинская для инструментов;

51. Процедурный столик;

52. Аппарат для подогрева инфузионных растворов;

53. Шприц инъекционный.»;

4.5. В главе 5 «Гинекологическое отделение с операционными»:

а) пункт 16 исключить;

б) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Прибор для внутриматочной микроволновой и/или баллонной термической абляции эндометрия»;

в) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Аппарат плазменной коагуляции и/или CO₂ лазерный коагулятор^{ШБ}»;

г) пункт 38 исключить;

д) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Комплекс для лазерохирургии и/или комплекс для УЗ коагуляции^{ШБ}»;

е) пункт 47 исключить;

4.5.1. В подразделе «Операционная» раздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки»:

а) подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Комплекс для лазерохирургии и/или комплекс для УЗ-коагуляции»;

б) подпункты 27 и 28 исключить.

5. Пункты 11 и 24 раздела «Стандарт оснащения гинекологического отделения» приложения № 19 к Порядку исключить.

6. В приложении № 24 к Порядку:

6.1. В главе 1 «Отделение охраны репродуктивного здоровья» раздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога»:

6.1.1. Пункт 20 подраздела «Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового

возраста, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)» исключить;

6.1.2. Пункты 13 и 20 подраздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» исключить;

6.1.3. В подразделе «Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)»:

а) пункт 13 исключить;

б) дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности»;

6.1.4. Пункт 16 подраздела «Процедурный кабинет» исключить;

6.1.5. В подразделе «Малая операционная»:

а) пункты 6 и 7 исключить;

б) в пункте 10 слова «Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический» заменить словами «Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический и/или аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический»;

в) пункты 11 и 12 исключить;

г) в пункте 17 слова «Аппарат для ингаляционного наркоза переносной» словами «Аппарат наркозно-дыхательный»;

д) пункты 18, 19 и 21 исключить.

7. Пункт 3 раздела «Манипуляционная» главы «Стандарт оснащения центра охраны репродуктивного здоровья подростков» приложения № 27 к Порядку исключить.

8. В главе «Стандарт оснащения Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» приложения № 33 к Порядку:

8.1. Пункт 13 исключить;

8.2. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности».